

Протокол № 10 от 11.09.2023 года
на закуп лекарственных средств и изделий медицинского назначения
в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в
системе обязательного социального медицинского страхования способом из одного
источника на 2023 год

Наименование заказчика или организатора закупа: Государственное коммунальное предприятие «Областная станция скорой и неотложной медицинской помощи» на праве хозяйственного ведения ГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области». Адрес заказчика или организатора закупа: РК, город Актюбе, микрорайон Батыс-2, д. 9Д.

В соответствии с потребностью в дополнительном объеме медицинских изделий провести закуп способом из одного источника, согласно пп. 4 п.83 Главы 4 Постановлением Правительства Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг» (Далее - Правила), внести изменения в договорах по увеличению объема медицинских изделий, при неизменности цены за единицу, торгового наименования, дозировки и качества:

Наименование	Поставщик	Ед. измерения	Кол-во	Цена за 1 ед. без НДС	Сумма	Место поставки
<p>Экспресс-анализатор для определения концентрации глюкозы, капиллярной крови для тест полоски AT Care</p> <p>Диапазон измерений: Электроды глюкозы – 10-600мг/дл (0,6-33,3 ммоль/л). Источник питания: Батарея питания тип CR2032 – 1 шт., с возможностью подключения дополнительной батареи типа CR2032 для увеличения количества измерений. Размеры: длина – 18мм, высота – 51мм, ширина – 88мм, вес – 48 г. (включая батарею питания). Жидкокристаллический дисплей. Температурные границы от 5С и до 30С (от 41F до 86F).</p>	<p>ИП Куц Павел Петрович г. Актюбе, ул. Абылхаир хана д.84, кв. 8 Договор №13-02/2023 от 27.03.2023г.</p>	упаковка	23	4990	114 770	г. Актюбе, Батыс-2 9Д

<p>Границы влажности: относительная влажность от 10% до 90% (без конденсации) Объем памяти: 300 показаний измерений с указанием даты и времени измерения. Рекомендация медицинским работникам: при использовании прибора руководствуйтесь соответствующими законодательными нормами. Проверку работы прибора рекомендуется проводить через три года эксплуатации.</p>						
<p>2</p> <p>Спиртовые салфетки одноразового применения размер 65*30 Спиртовая салфетка представляет собой нетканое полотно, пропитанное изопропиловым спиртом и упакованное в бумагу из алюминиевой фольги. Изопропиловый спирт 70%. Только для наружного применения. Только для однократного применения. Срок годности 5 лет.</p>	<p>ТОО «МедФорд» г. Актобе, улица С. Баишева 7а Договор №17-03/2023 от 19.05.2023г.</p>	штука	60000	4,96	297 600	г. Актобе, Батыс-2 9Д

Главный врач Жанкулов М.Х.

Заместитель главного врача Нетаалиева Д.П.

И.о. главного бухгалтера Шарипова А.М.

Провизор Дауренбекова М.Т.

